

Chongqing New World Trading Co.,Ltd

EO-Sterilization Record Per Load

环氧乙烷灭菌批记录

Furnace No 箱号: 2 Date 日期: 2025.09.04 order 班次: 1 Sterilization No 灭菌批号: 20250904 Rec/记录: 茅

Article Name 物品名称	Production No 生产批号	Specifics 规格/型号	Quantity(pc) 数量(箱)	Remark 备注	Required Operation During Sterilization Cycle 灭菌过程操作要求		
					PI No.: NW250717-03	Required 操作要求	Actual 实际范围
Pipette Tips					Temperature(°C)温度	45.0-55.0	46.5-51.1
0801101K10F25/0801101K200F25 / 0801101K20025			262		Pressure (kPa) 压力	-20.0-20.0	-18.0-18.5
0801101K1000F25/ 0801101K100025					Humidity(%RH)湿度	30.0-80.0	32.2-78.3
0801101KB1025/0801101KB20025/0801101KB100025			66		Exposure time(min)灭菌时间	485	485
					Num of change Air 换气次数	6	6
					Speed of Air Removal(kPa/min)抽真空速率	1.8	1.8
					Pressure Changed of Humi(kPa)加湿压力变化	-----	-----
Centrifuge tubes					Weight of EO used Before(kg)加药前重量	-----	
0801102C050025/0801102C0100025/ 0801102C00525/0801102C0250025/0 801102C02100025/0801102C0AS50025			213		Weight of EO used After(kg)加药后重量	-----	
					Weight of EO used (kg)加药重量	15.0	15.0
Required Operation 操作要求	Start time 开始时间	End time 结束时间	Actual Time 实际时间	Pressure Changed of EO (kPa) 加药压力变化	30.0	32.3	
Warm-up 预热	06:30	07:43	01:13	Sterilization Information 灭菌情况	Sterilized	<input checked="" type="checkbox"/> passed 合格 <input type="checkbox"/> Rejected 拒收 <input type="checkbox"/> Hold 待定	Release
Conditioning 保温	07:43	08:33	00:50				
Air removal 抽真空	08:33	08:48	00:15				
Pressure Time 保压时间	08:48	08:58	00:10				
Humidify Time 加湿时间	08:58	09:00	00:02				
EO Injection 充入环氧乙烷	09:00	09:35	00:35				
Exposure Time 灭菌时间	09:35	17:40	08:05				
EO Removal 换气时间	17:40	18:15	00:35				
Finishing 清理完毕	18:15			Injector 加药者 operator 操作者 super 主管	Micro 验收员	QA Manager 主管	

