


Chongqing New World Trading Co.,Ltd

EO-Sterilization Record Per Load

环氧乙烷灭菌批记录

Furnace No 箱号: 2 Date 日期: 2026.01.15 order 班次: 2 Sterilization No 灭菌批号: 20260115 Rec/记录: 茅

Article Name 物品名称	Production No 生产批号	Specifics 规格/型号	Quantity(pc) 数量(箱)	Remark 备注	Required Operation During Sterilization Cycle 灭菌过程操作要求		
					PI No.: NW251213-02	Required 操作要求	Actual 实际范围
Pipette Tips					Temperature(°C)温度	45.0-55.0	46.1-50.2
0116101KB1026AZ2/0116101KB20026AZ2/ 0116101KB100026AZ2			45		Pressure (kPa) 压力	-20.0-20.0	-14.5-18.4
					Humidity(%RH)湿度	30.0-80.0	32.3-75.4
0116101K10F26AZ2 /0116101K20026AZ2 0116101K200F226AZ2			95		Exposure time(min)灭菌时间	485	485
					Num of change Air 换气次数	6	6
					Speed of Air Removal(kPa/min)抽真空速率	1.8	1.8
					Pressure Changed of Humi(kPa)加湿压力变化	-----	-----
Centrifuge tubes					Weight of EO used Before(kg)加药前重量	-----	
0116102C02100026AZ2			46		Weight of EO used After(kg)加药后重量	-----	
					Weight of EO used (kg)加药重量	15.0	15.0
Required Operation 操作要求	Start time 开始时间	End time 结束时间	Actual Time 实际时间	Pressure Changed of EO (kPa) 加药压力变化	30.0	30.2	
Warm-up 预热	06:23	07:36	01:13	Sterilization Information 灭菌情况	Sterilized	<input checked="" type="checkbox"/> passed 合格 <input type="checkbox"/> Rejected 拒收 <input type="checkbox"/> Hold 待定	Release 
Conditioning 保温	07:36	08:16	00:50				
Air removal 抽真空	08:16	08:31	00:15				
Pressure Time 保压时间	08:31	08:41	00:10				
Humidify Time 加湿时间	08:41	08:43	00:02				
EO Injection 充入环氧乙烷	08:43	09:18	00:35				
Exposure Time 灭菌时间	09:18	17:23	08:05				
EO Removal 换气时间	17:23	17:58	00:35				
Finishing 清理完毕	17:58			Injector 加药者 operator 操作者 super 主管	Micro 验收员	QA Manager 主管	